



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

KROHNE Ltd., 34-38 Rutherford Drive, Park Farm Industrial Estate,
 Wellingborough, Northamptonshire. NN8 6AE. United Kingdom

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los siguientes productos están en conformidad con los requerimientos de protección definidos en las directivas del Consejo Europeo:

Si dichiara, sotto la nostra totale responsabilità che il prodotto/i prodotti, sono conformi ai requisiti di protezione definiti dalle direttive del parlamento Europeo :

Declaramos sob a nossa responsabilidade que os seguintes produtos estão em conformidade com os requisitos de protecção definidas pelas directivas do Conselho Europeu

<p>CAUDALÍMETRO MÁSIKO MISURATORE DI PORTATA DI MASSICA MEDIDORES DE CAUDAL MÁSSICO</p>	<p>OPTIMASS 8000k</p>	<p>Incluyendo las siguientes opciones: Convertidor MFC300, Encamisado de Calefacción</p> <p>Opzioni include: Convertitore MFC300, Versione incamiciata</p> <p>Incluindo as seguintes opções: Conversor MFC300, camisa aquecimento/arrefecimento</p>
--	------------------------------	--

Los requerimientos de seguridad y salud pública estipulados se cumplen de acuerdo a los estándares armonizados o en las especificaciones técnicas mencionadas (en la medida de su aplicación):

Gli indicatori di livello a bypass sono conformi ai requisiti di protezione in accordo alle normative del Parlamento Europeo.

Si adempie ai requisiti di sicurezza e salute pubblica in accordo alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche menzionate (se applicabili):

Os requisitos de segurança e saúde pública estipulados são cumpridos de acordo com os standards armonizados ou mencionados nas especificações técnicas (sempre que aplicável):

Directiva / Direttiva / Directiva		Estándares armonizados / Norme Armonizzate / Normas harmonizadas	
2004/108/EC	Directiva EMC Directiva EMC Direttiva EMC	EN 61326-1: 2006 EN 61326-2-3: 2006	
94/9/EC	Directiva ATEX Directiva ATEX Direttiva ATEX	EN 60079-0: 2009 EN 60079-1: 2007 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2007 EN 60079-26: 2007	EN 61241-1: 2004 EN 61241-11: 2006
2006/95/EC	Directiva Bajo Voltaje Directiva Baixa Tensão Direttiva per basso voltaggio	EN 61010-1: 2001	
97/23/EC	Directiva Equipos a Presión Directiva Equipamentos sob pressão Direttiva per recipienti in pressione	BS EN 13445-3	

De acuerdo a las directivas aplicables, las placas de características del equipo contienen la siguiente información:
 La targhetta identificativa dello strumento contiene le seguenti informazioni in accordo alle normative:
 De acordo com as directivas aplicáveis, a placas característica do equipamento contem a seguinte informação:

		Indicación / Targa / Indicação				
Directiva Direttiva Directiva	Evaluación Valutazione Verificação conformidade	Tipo de aprobación EC Attestato tipo CE Aprovação do tipo CE	Categoría Categoria Categoria	Organismo Organismo Organismo notificato Organismo reconhecido	No. Nr. No.	
2004/108/EC	Module A	n.a.		n.a.	n.a.	CE
94/9/EC	<u>OPTIMASS 8000k/8010kC</u> Ex ib IIC T4...T1 Ga/Gb Ex ib IIIC Txxx°C Db	PTB 06 ATEX 2036 X	II 1/2 G II 2 D	TUV NORD	0044	CE
	<u>OPTIMASS 8300kC</u> Ex de [ia/ib] IIC T4...T1 Ga/Gb Ex d [ia/ib] IIC T4...T1 Ga/Gb Ex t [ia Da] IIIC Txxx°C Db Ex de [ib] IIC T4...T1 Ga/Gb Ex d [ib] IIC T4...T1 Ga/Gb Ex t IIIC Txxx°C Db	PTB 06 ATEX 2037 X	II 1/2 (I) G II 1/2 (I) G II 2 (I) D II 1/2 G II 1/2 G II 2 D			
	<u>MFC 300F</u> Ex de [ia/ib] IIC T6 Gb Ex d [ia/ib] IIC T6 Gb Ex ib t [ia Da] IIIC T80°C Db Ex de [ib] IIC T6 Gb Ex d [ib] IIC T6 Gb Ex ib t IIIC T80°C Db	PTB 06 ATEX 2038 X	II 2 (I) G II 2 (I) G II 2 (I) D II 2 G II 2 G II 2 D			
97/23/EC	Module A1	97/23/10497/002	II	TUV UK	0879	CE
	Art. 3.3 SEP	n.a.	Art. 3.3	n.a.	n.a.	n.a.

Wellingborough, 07/05/2013



Mr Trevor Fawcett
 Managing Director